

Gascontrol center

| PROD_NAME | PROD_NO | BARCODE | CHARGE | USER | MEAS.TIME | TIME | DATE | INDEX | INFO | GAS_O2 | GAS_CO2 | GAS_Rest | AL_O2min | AL_O2max | AL_CO2min | AL_CO2max |
|-----------|------------|---------|---------------|------|---------------|-------------|------------|-------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 0 | Salami | 678126 | 4007817304679 | 1 | ADMINISTRATOR | 10 14:48:29 | 16.05.2011 | 350 | OK | 0,23 | 24,8 | 75,0 | 0,0 | 0,5 | 24,0 | 30,0 |
| 1 | Salami | 678126 | 4007817304679 | 1 | ADMINISTRATOR | 10 14:49:22 | 16.05.2011 | 351 | OK | 0,19 | 25,1 | 74,7 | 0,0 | 0,5 | 24,0 | 30,0 |
| 2 | Salami | 678126 | 4007817304679 | 1 | Miller | 10 14:50:37 | 16.05.2011 | 352 | OK | 0,27 | 25,2 | 74,5 | 0,0 | 0,5 | 24,0 | 30,0 |
| 3 | Salami | 678126 | 4007817304679 | 1 | Miller | 10 14:51:53 | 16.05.2011 | 353 | OK | 0,17 | 24,9 | 74,9 | 0,0 | 0,5 | 24,0 | 30,0 |
| 4 | Salami | 678126 | 4007817304679 | 1 | Miller | 10 14:53:57 | 16.05.2011 | 354 | OK | 0,22 | 24,7 | 75,1 | 0,0 | 0,5 | 24,0 | 30,0 |
| 5 | Salami | 678126 | 4007817304679 | 1 | Miller | 10 14:54:48 | 16.05.2011 | 355 | OK | 0,26 | 25,0 | 74,7 | 0,0 | 0,5 | 24,0 | 30,0 |
| 6 | Salami | 678126 | 4007817304679 | 1 | Miller | 10 14:55:39 | 16.05.2011 | 356 | OK | 0,11 | 25,2 | 74,7 | 0,0 | 0,5 | 24,0 | 30,0 |
| 7 | Salami | 678126 | 4007817304679 | 1 | Miller | 10 14:56:31 | 16.05.2011 | 357 | OK | 0,13 | 24,9 | 75,0 | 0,0 | 0,5 | 24,0 | 30,0 |
| 8 | Salami | 678126 | 4007817304679 | 1 | Miller | 10 14:57:22 | 16.05.2011 | 358 | FAIL O2 | 0,56 | 24,1 | 75,3 | 0,0 | 0,5 | 24,0 | 30,0 |
| 9 | Salami | 678126 | 4007817304679 | 1 | Miller | 10 14:58:13 | 16.05.2011 | 359 | OK | 0,23 | 25,2 | 74,6 | 0,0 | 0,5 | 24,0 | 30,0 |
| 10 | Mozzarella | 776634 | 4007817304457 | 5 | Berger | 10 15:00:47 | 16.05.2011 | 360 | OK | 0,29 | 29,7 | 70,0 | 0,0 | 0,5 | 28,0 | 32,0 |
| 11 | Mozzarella | 776634 | 4007817304457 | 5 | Berger | 10 15:01:38 | 16.05.2011 | 361 | OK | 0,24 | 30,1 | 69,7 | 0,0 | 0,5 | 28,0 | 32,0 |
| 12 | Mozzarella | 776634 | 4007817304457 | 5 | Berger | 10 15:02:30 | 16.05.2011 | 362 | OK | 0,18 | 30,0 | 69,8 | 0,0 | 0,5 | 28,0 | 32,0 |
| 13 | Mozzarella | 776634 | 4007817304457 | 5 | Berger | 10 15:03:21 | 16.05.2011 | 363 | OK | 0,22 | 29,9 | 69,9 | 0,0 | 0,5 | 28,0 | 32,0 |
| 14 | Mozzarella | 776634 | 4007817304457 | 5 | Berger | 10 15:04:12 | 16.05.2011 | 364 | OK | 0,26 | 30,2 | 69,5 | 0,0 | 0,5 | 28,0 | 32,0 |
| 15 | Mozzarella | 776634 | 4007817304457 | 5 | Berger | 10 15:05:04 | 16.05.2011 | 365 | OK | 0,29 | 29,7 | 70,0 | 0,0 | 0,5 | 28,0 | 32,0 |
| 16 | Mozzarella | 776634 | 4007817304457 | 5 | Berger | 10 15:05:55 | 16.05.2011 | 366 | OK | 0,19 | 29,8 | 70,0 | 0,0 | 0,5 | 28,0 | 32,0 |
| 17 | Mozzarella | 776634 | 4007817304457 | 5 | Berger | 10 15:06:46 | 16.05.2011 | 367 | OK | 0,23 | 30,1 | 69,7 | 0,0 | 0,5 | 28,0 | 32,0 |
| 18 | Mozzarella | 776634 | 4007817304457 | 5 | Berger | 10 15:07:38 | 16.05.2011 | 368 | OK | 0,22 | 30,0 | 69,8 | 0,0 | 0,5 | 28,0 | 32,0 |
| 19 | Mozzarella | 776634 | 4007817304457 | 5 | Berger | 10 15:08:03 | 16.05.2011 | 368 | OK | 0,24 | 29,7 | 70,1 | 0,0 | 0,5 | 28,0 | 32,0 |
| 20 | Mortadella | 534678 | 4007817304311 | 3 | Kirst | 12 15:08:03 | 16.05.2011 | 368 | OK | 0,30 | 28,0 | 71,7 | 0,0 | 0,5 | 26,0 | 30,0 |
| 21 | Mortadella | 534678 | 4007817304311 | 3 | Kirst | 12 15:08:31 | 16.05.2011 | 370 | OK | 0,27 | 27,9 | 71,8 | 0,0 | 0,5 | 26,0 | 30,0 |
| 22 | Mortadella | 534678 | 4007817304311 | 3 | Kirst | 12 15:08:52 | 16.05.2011 | 371 | OK | 0,26 | 28,1 | 71,6 | 0,0 | 0,5 | 26,0 | 30,0 |
| 23 | Mortadella | 534678 | 4007817304311 | 3 | Kirst | 12 15:09:13 | 16.05.2011 | 372 | FAIL CO2 | 0,48 | 22,2 | 77,3 | 0,0 | 0,5 | 26,0 | 30,0 |
| 24 | Mortadella | 534678 | 4007817304311 | 3 | Kirst | 12 15:09:36 | 16.05.2011 | 373 | OK | 0,32 | 27,8 | 71,9 | 0,0 | 0,5 | 26,0 | 30,0 |
| 25 | Mortadella | 534678 | 4007817304311 | 3 | Kirst | 12 15:09:57 | 16.05.2011 | 374 | OK | 0,19 | 28,1 | 71,7 | 0,0 | 0,5 | 26,0 | 30,0 |
| 26 | Mortadella | 534678 | 4007817304311 | 3 | Kirst | 12 15:10:24 | 16.05.2011 | 375 | OK | 0,22 | 27,7 | 72,1 | 0,0 | 0,5 | 26,0 | 30,0 |
| 27 | Mortadella | 534678 | 4007817304311 | 3 | Kirst | 12 15:10:41 | 16.05.2011 | 376 | OK | 0,18 | 28,0 | 71,8 | 0,0 | 0,5 | 26,0 | 30,0 |
| 28 | Mortadella | 534678 | 4007817304311 | 3 | Kirst | 12 15:11:00 | 16.05.2011 | 377 | OK | 0,21 | 27,9 | 71,9 | 0,0 | 0,5 | 26,0 | 30,0 |
| 29 | Mortadella | 534678 | 4007817304311 | 3 | Kirst | 12 15:11:25 | 16.05.2011 | 378 | OK | 0,24 | 27,9 | 71,9 | 0,0 | 0,5 | 26,0 | 30,0 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Windows-Software zur Dokumentation von Analyse-Messergebnissen von MAPY, LEAKMASTER, MAPMAX und

anderen Geräten mit integrierter oder separater Analyse.

Vorteile

- Messdatenübertragung und Abspeicherung zur Qualitätssicherung
 - Datum und Uhrzeit
 - Chargendaten
 - Liniendaten
- Datenexport-Schnittstelle für die weitere Auswertung der Messdaten in MS EXCEL®
 - Produktdaten
 - Produktnamenverwaltung
 - Benutzernamenverwaltung inklusive Zugangscodes
- bis zu 21 Geräte mit einer Software erfassbar und auslesbar
- mehrsprachige Ausführung: deutsch, englisch, spanisch, italienisch, polnisch, französisch, niederländisch (weitere in Vorbereitung)

Systemanforderungen

| | |
|----------------|--|
| Betriebssystem | WINDOWS® 2000, XP, Vista, 7 |
| Hardware | Grafikauflösung min. 800 x 600 Pixel kundenseitig verlegtes Standard Ethernet-Kabel |
| Kompatibilität | alle MAPY, LEAK-MASTER®, MAPMAX und Gasmischer mit integrierten Analysatoren - bei Nachbestellung bitte Gerätenummer angeben - |